Ficha tecnìca

	Modelo
	FISIOTEK 3000 G
Rehabilitaciòn cadera y rodilla	✓
Control de la velocidad en extensión	✓
Control de la velocidad en flexión	✓
Control de la fuerza	✓
Control del tiempo de trabajo	✓
Aumento automático del ángulo de extensión	✓
Aumento automático del ángulo de flexión	✓
Pausa en extensión	✓
Pausa en flexión	✓
Ciclos de calentamiento (Warm Up)	✓ (**)
Apojo del pie regulable	✓
Límite para aumento automático en extensión	✓
Límite para aumento automático en flexión	✓
Repeticiones al límite de extensión	✓
Repeticiones al límite de flexión	✓
Amplitud del movimento de la rodilla	-10° ÷ 120°
Amplitud del movimento de la cadera	7° ÷ 115°
Velocidad	0,8°/sec. ÷ 3,5°/sec.
Fuerza	0 ÷ 40Kg.
Alimentación	85 ÷ 260 V ~ 50÷60 Hz
Seguridad eléctrica	Clase 1 B Estandard EN 60601-1
Compatibilidad electromagnética	Grupo 1 Clase B Estandard EN 60601-1-2
Clasificación segùn Dir. CEE 93/42	Clase IIa
Peso	Kg. 9,5

Los aparatos cumplen con los Requisitos Esenciales aplicables de seguridad, salud y protecciòn establecidos por la Directiva CEE 93/42.

(**) en el menù

Rimec srl
Loc.Braine 57/a
40036 Rioveggio Bologna Italy
☎ ++39-051-6777798
fax ++39-051-6777357
✉ e-mail rimec@rimec.it
Web: www.rimec.it