RIMEC

Votre choix pour la rééducation passive

RÉÉDUCATION PASSIVE DES MEMBRES INFÉRIEURS



LIGNE FISIOTEK 3000

Méthodologie CPM
Continuous passive motion

La nouvelle ligne des mobilizateurs Fisiotek 3000:

- Nouveau design : le Fisiotek 3000 est léger, stable et compact
- De nouvelles fonctionnalités en vue de personnaliser la séance de réadaptation et atteindre les objectifs en matière de récupération de la mobilité articulaire. En outre, les nouvelles caractéristiques techniques permettent de couvrir toutes les nécessités différentes de réadaptation post-opératoires et pas.
- Nouveau pupitre de programmation pourvu d'un afficheur cognitif et une plus grande clarté d'image;
- Un nouveau clavier de programmation (en option) autorise une utilisation pratique ainsi qu'une grande polyvalence d'emploi aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau domiciliaire;
- Nouvelle frontière de la réadaptation à domicile: les appareils sont spécialement conçus, afin de pouvoir être programmés intuitivement, grâce aux nouveaux symboles graphiques. De plus, les matériaux employés assurent une meilleure résistance à l'usure et, dans l'ensemble, ils n'exigent pas d'entretien, de contrôles périodiques ou de check-up.

Fisiotek 3000 GS



Fisiotek 3000 G



Fisiotek 3000 E



La personnalisation de la thérapie : le nouveau clavier mobile de programmation

Le Fisiotek 3000 permet de personnaliser la réadaptation moyennant les nouvelles fonctionnalités, compte tenu des besoins cliniques du patient, suivant lesquels est assurée une récupération graduelle et progressive du mouvement articulaire.
Le nouveau clavier mobile de programmation permet de configurer les paramètres de l'appareil (limites angulaires, vitesse, force, pauses).

Pathologies chirurgicales thérapeutiques:

- **Chirurgie de réparation de l'appareil extenseur du genou**
- **Méniscectomies et sutures méniscales**
- **Traitements chirurgicaux de fractures et pseudarthrose**
- **Ostéotomie**
- **Prothèses de hanche et genou**
- **Arthroscopie**



Flexion dorsale de la cheville avec Fisiotek 3000 TS



Flexion plantaire de la cheville avec Fisiotek 3000 TS



Le clavier mobile de programmation





Caractéristiques techniques	Fisiotek 3000 GS	Fisiotek 3000 G	Fisiotek 3000 E	Fisiotek 3000 TS	Fisiotek 3000 N
Mobilisation de la hanche et du genou	x	x	x	x	x
Mobilisation de la cheville				x	
Utilisation de la Carte Mémoire	x			x	
Contrôle Vitesse (flexion ≠ extension)	x	x		x	
Contrôle Vitesse			x		x
Contrôle Temps de travail	x	x	x	x	x
Contrôle Force	x	x	x	x	x
Accroissement automatique extension	x	x		x	
Accroissement automatique flexion	x	x		x	
Pause en extension	x	x		x	
Pause en flexion	x	x	x	x	x
Cycles d'échauffement (Warm up)	x*	x**	x**	x*	x**
Appui pied réglable	x	x	x		
Amplitude mouvement du genou	-10°÷ 120°	-10°÷ 120°	-10°÷ 120°	0°÷ 110°	0°÷ 110°
Amplitude mouvement de la cheville				20°÷ 0° ÷ 40°	
Amplitude mouvement de la hanche	7°÷ 115°	7°÷ 115°	7°÷ 115°	7°÷ 115°	7°÷ 115°
Limite pour augmentation automatique en extension	x	x		x	
Limite pour augmentation automatique en flexion	x	x		x	
Répétitions à la limite d'extension	x	x	x	x	
Répétitions à la limite de flexion	x	x	x	x	

(*) avec le bouton dedié (**) avec la page dediée dans le menù

Accessoires disponibles	Fisiotek 3000 GS	Fisiotek 3000 G	Fisiotek 3000 E	Fisiotek 3000 TS	Fisiotek 3000 N
 **Accessoire pour membres au-dessous de 72 cm** Cet accessoire ne peut être monté que sur les modèles 3000 TS et 3000 N. Il autorise la réadaptation d'un membre ayant une longueur comprise entre 61 et 72 cm pour une amplitude de 0° à 110°. Si on utilise le même accessoire, il est possible d'atteindre les 135° de flexion dans un membre de 72 à 100 cm de long.				x	x
 **Chariot pour intérieur** Spécialement conçu, en vue de résoudre les problèmes de transport et de pose à l'intérieur du service ou du centre. Tout à fait simple et fonctionnel, il est doté de supports pour le Fisiotek en un matériau antiglisse et d'une tablette de service.	x	x	x	x	x
 **Clavier mobile de programmation** Pourvu d'un afficheur graphique cognitif, il autorise une simple programmation de l'appareil tout à fait complète. Y sont prévus des symboles graphiques auto-explicatifs.	x	x	x	x	x

Directives-réglementations-logistique	Fisiotek 3000 GS	Fisiotek 3000 G	Fisiotek 3000 E	Fisiotek 3000 TS	Fisiotek 3000 N
Alimentation	85 ÷ 260V - 50 ÷ 60Hz				
Sécurité électrique	Classe 1 B Standard EN 60601-1				
Compatibilité électromagnétique	Groupe 1 Classe B Standard EN 60601-1-2				
Classification conforme à la Dir. CEE 93/42	Classe IIa				
Poids net	9,5Kg	9,5Kg	9,5Kg	14Kg	14Kg
Poids brut	13,5Kg	13,5Kg	13,5Kg	17Kg	17Kg
Dimensions emballage	(LxL xH) 105 x 40 x 37			(LxLxH) 103 x 38 x 38	

"Les dispositifs sont conformes aux Qualités Essentielles Requises de sécurité, santé et protection applicables, établies par la Directive CEE 93/42"

project-photo-press by omniafoto 051590762

RIMEC

Rimec srl

Loc.Braine 57/a 40036 Rioveggio Bologna Italy
Tel +39 051 6777798
Fax +39 051 6777357
e-mail: rimec@rimec.it - www.rimec.it

Distributeur autorisé